

ISITMA TABLASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çalışma esnasında embriyoların sabit sıcaklıkta tutulmasını sağlayacak özellikte olmalıdır.
2. Isı tablanın üzerine homojen olarak yayılmalıdır.
3. Peti kabı, lam, ve kültür plakları için uygun olmalıdır.
4. Sıcaklık durumunu gösteren yeşil LED gösterge bulundurulmalıdır.
5. Örnekler taşınırken ve medium eklenmesi sırasında sıcaklığın sabit tutulmasına olanak sağlamalıdır.
6. Harici olarak sıcaklık kontrolörü bağlanabilmelidir.
7. Sıcaklığı ortam sıcaklığı ile +55 °C aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
8. Ağırlığı en fazla 650g olmalıdır.
9. Boyutları 238x153x20.6 mm olmalıdır.
10. Orijinal kullanım kılavuzu ile birlikte teslim edilmelidir.
11. Cihaz, fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalı, hatalı cihaz satıcı firma tarafından 1 ay içinde ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.
12. Cihazla birlikte ısıtma tablası kontrolörü de verilmelidir. Kontrolör aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
13. Embriyo ısıtma tablasının sıcaklık değişimlerini göstermek ve ayarlamak, sistem hatalarının görüntülenmesini ve kalibrasyonun yapılmasında kullanılabilir özellikte olmalıdır.
14. Bağlı olduğu sıcaklık platformundaki ısı değişimlerini 0,1°C aralıklarla göstermeye elverişli olmalıdır.
15. Tuş takımı sıvı geçirgenliğine dayanıklı olmalıdır.
16. LED ekrana sahip olmalıdır.
17. Ekran parlaklığı ayarlanabilmelidir.
18. Kalibrasyon sistemine sahip olmalıdır.
19. Ağırlığı en fazla 1.2kg olmalıdır.
20. Boyutları 180x130x56mm olmalıdır.
21. Orijinal kullanım kılavuzu ile birlikte teslim edilmelidir.
22. Cihaz, fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalı, hatalı cihaz satıcı firma tarafından 1 ay içinde ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmelidir.

