

PİPET POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz küreli valf prensibine göre çalışmalıdır.
2. Cihaz üzerinde ayarlanabilir hız kademesi ile emme/ dağıtma hızını seçmeye olanak sağlamalıdır.
3. Cihazın hız kademesi ile ayarlanan maksimum ve minimum hızı, kullanıcının emme ve dağıtma butonlarına yaptığı baskı ile de kontrol edilebilmelidir.
4. Cihaz güvenlik atık çıkışına sahip olmalıdır. Bu sayede pipetleme hatalarına karşı sıvılar ve buharlar delikten dışarı atılabilmelidir.
5. Cihazın blow out ve gravity mode olmak üzere iki farklı dağıtma modu mevcut olmalıdır.
6. Cihaz, 1 ml ile 100 ml hacim aralığındaki tüm cam/serolojik pipetlerle kullanılabilmelidir.
7. Cihaz pil dahil Max.180g ağırlığında olmalıdır.
8. Cihaz ile birlikte raflarda kullanmak için özel olarak tasarlanmış askı verilmelidir.
9. Cihazın üst kısmında yer alan 3 renkli led sayesinde kullanıcıya şarj dolum aşamalarını ve şarj durumunu bildirmelidir.
10. Li- polymer teknolojisi ile batarya 4 saatten kısa bir sürede şarj olduktan sonra cihaz yaklaşık 4500 pipetlemede kullanılabilmelidir.
11. Cihaz CE, EN 55011, EN61326-2-6 (Class A), EN 61010-1 RoHs belgelerine sahip olmalıdır.
9. Firmalar teklif ettikleri cihazın Türkiye tek temsilcisi olduklarını gösteren üretici firmadan alınmış noter ve konsolosluk onaylı "Temsilcilik Belgesi"ni teklif dosyasına ekleyeceklerdir.
12. Teklif edilen sistem fabrikasyon hatalara karşı 2 (iki) yıl ücretsiz, müteakip 10 (on) yıl ücreti mukabili servis ve yedek parça garantili olacaktır.
13. Firmalar teklif ettikleri cihazın özellikleri konusunda teknik şartnameye madde madde cevap vereceklerdir. Verdikleri cevaplar orjinal katalogları veya manuellere üzerinde görünmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

