

## SU BANYOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak, masa üstü tip olacaktır.
2. Tank hacmi en az 6 litre kullanılır hacmi en az 4 litre olacaktır.
3. Cihaz sıcaklığı ortam sıcaklığı ile 99C arasında ayarlanabilmelidir.
4. Sıcaklık değeri dijital olarak okunabilmelidir.
5. Cihazın çalışma ve ayarlanma hassasiyeti 0.1°C olacak ve termostat elektronik, gösterge ise rakamsal olacaktır.
6. Cihaz örnekleri koruma amaçlı olarak ayarlanmış son sıcaklık değerine ulaştığında çalışmayı durdurma özelliğine sahip olmalıdır.
7. 220 V/50 Hz ile çalışmalıdır.
8. Su ile temas eden bütün yüzeyler paslanmaz malzemeden yapılmış olacaktır.
9. Tank içindeki sıvının boşaltılması için tertibatı olacaktır.
10. İmalatçı firmanın ISO 9001, ISO 13485 Kalite Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacaktır.
11. Cihaz CE işareti taşıyacaktır.
12. Cihaz imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.

