

MANYETİK KARIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz genel laboratuvar ısıtma ve karıştırma işlemleri için uygun olmalıdır.
2. Hem ısıtma hem karıştırma görevini birlikte veya tek tek yapabilmelidir.
3. Cihazın karıştırma kapasitesi 20 litre olmalıdır.
4. Cihazın karıştırma hızı 50-1500 rpm arasında olmalıdır.
5. Cihazın sıcaklığı 310°C ye kadar ayarlanabilmelidir.
6. Cihazın giriş gücü 650 W ve ısı çıkışı 600 W olmalıdır.
7. Cihazın ısıtma plakası alüminyum alaşım ve 135 mm çapta olmalıdır.
8. Cihazın ölçüleri 160 x 85 x 270 mm olmalıdır.
9. Cihazın koruma sınıfı IP42 DIN 60529'a göre olmalıdır.
10. Cihazın entegre edilmiş ısı kontrolü ve PT 1000 ısı sensörü bulunmalıdır.
11. Cihazın dijital ekranı ile gerçek ısı ve hız ayarlaması yapılabilmeli ve güvenli ısı limiti belirlenebilmelidir.
12. Yanmayı önlemek için sıcak yüzey ikazı bulunmalıdır.
13. Cihaz 220 Volt 50/60 Hz ile çalışmalıdır.
14. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.