

VORTEX TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz, analog ayarlanabilir olmalı ve masa üstünde az yer kaplamalıdır.
2. Cihazın çalkalama hareketi orbital olmalı ve orbital çapı 4,5 mm olmalıdır.
3. Cihazın karıştırma hızı 0-3000 rpm arasında ayarlanabilmelidir.
4. Cihazın çalışma modu, infrared sensörlü çalışma ve sürekli modda çalışabilmelidir.
5. Cihazın gövdesi, çinko alaşımı ve teknopolimer malzemesinden yapılmış olmalıdır.
6. Cihaz, kaymayı önleyen 3 ayak destek sistemine sahip olmalıdır.
7. Cihazın ağırlığı 2,2 kg olmalıdır.
8. Cihaz, 180 mm x 70 mm x 220 mm ebatlarında olmalıdır.
9. Cihaz, IP 42 ile partiküllere ve sıvılara karşı korumalı olmalıdır.
10. Cihazın gücü 15 W olmalıdır.
11. Cihazın elektrik kablo bağlantısı rahatlıkla sökülüp takılabilmeli, bu sayede taşımada kolaylık sağlanmalıdır.
12. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili ve bu süre bitiminden sonra 10 yıl süre ile yedek parça ve servis garantili olmalıdır.

